# 용도 설명서

| 1. 제품명 / 모델명 | 제품 이미지 |
|---|---|
| MICRODYN care / DCDPR-50-26-00 |  |
| **2. 규격** | |
| 26ml | |
| **3. 포장단위** | |
| 15PACKS (15PACKS / BOX) | |
| **4. 보험** | |
| - | |
| **5. 거래단가(보험가)** | |
| 비급여 | |
| **6. 제조사** | |
| 주식회사 엔도비전 | |

**7. 허가사항**

의료기기 2등급 / 제인24-699호 / 점착성 투명 창상피복재

**8. 사용목적**

화상(1도), 외상, 삼출액이 적은 염증성 피부, 건조한 피부 등의 피부에 적용하여 창상의 오염방지 및 손상된 피부를 보호하기 위해 사용하는 점착성투명창상피복재

**9. 멸균방법**

산화에틸렌 멸균 (ISO 11135)

**10. 저장방법**

고온 및 다습한 장소, 직사광선이 있는 장소를 피해 실온(1~30℃)에서 보관한다.

**11. 사용방법**

**1. 사용 전 준비사항**

1) 제품의 포장 및 제품의 파손, 변질 등이 없는지 확인하여 정상적인 제품만을 사용한다.
2) 사용 전 사용기간을 확인한다.
3) 사용 전 사용설명서를 반드시 숙지한다.

**2. 사용방법**

1) 적용할 부위의 크기에 따라 알맞은 용량의 제품을 선택한다.
2) 적용할 부위를 깨끗하게 한다.
3) (펌프 타입 3, 보틀타입, 튜브타입의 경우) 캡을 제거한 후 적당량의 내용물을 고르게 도포한다.
4) (어플리케이터타입의 경우) 스토퍼를 제거한 후 용기의 뒷부분에 힘을 가하여 용기와 몸통을 체결시켜, 폼 부분으로 흘러나온 내용물을 고르게 도포한다.

**3. 사용 후 보관 및 관리방법**

1) 본 제품은 일회용 의료기기이므로 재사용해서는 안된다.